



## Kalibrering av Spektrum Analysator H-serien, Certifikat inkluderat

Denna tjänst är avsedd för kalibrering och revision av MOSAIQ6\*- eller H30\*-serien.

Instrumentet justeras av ett Televes-team av kvalificerad personal av Televes enligt kundens mätkrav. På så sätt garanteras att instrumentet utför effektmätningar tillförlitligt och korrekt. Med denna tjänst returneras enheten med bifogat intyg om att kalibreringen har utförts korrekt.

\*Det rekommenderas att utföra kalibreringen varje år för att spektrumanalysatorn ska fungera korrekt.

<b>Ref.</b>	5909
	H-KAL
<b>EAN13</b>	8424450059098

### Förpackning

<b>Låda</b>	1 st.
-------------	-------

### Utmärkande egenskaper

- Denna tjänst möjliggör att det rekommenderade kalibreringsschemat för spektrumanalysatorn upprätthålls

- Originalt kalibreringscertifikat ingår
- Garanterad certifiering i 1 år